



Главный врач клинической больницы № 8  
г. Львова

В.А.Кулимир

1980 г.

## П Р О Т О К О Л

медицинских испытаний опытного образца

Дефибриллятора ДИ-С-04

Основание: Рекомендации экспертной специализированной комиссии по физиологическим приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской технике Управления по внедрению новых лекарственных средств и медицинской техники Минздрава СССР о проведении медицинских испытаний (протокол № 2 от 16 апреля 1980г.).

1. В период с 3 июля по 5 сентября в инфарктном отделении больницы № 8 г. Львова проведены медицинские испытания опытного образца дефибриллятора ДИ-С-04, разработанного научно-производственным объединением <sup>«РМА»</sup> Минмедпрома.

2. Для проведения медицинских испытаний был представлен опытный образец № 2 дефибриллятора ДИ-С-04 с паспортом m E3.293.089 ПС.

3. Медицинские испытания были проведены в соответствии с программой и методикой медицинских испытаний, при этом дефибриллирующему воздействию было подвергнуто 8 больных, из которых 5 - по поводу мерцательной аритмии и 3 - пароксизмальной желудочковой тахикардии. Все больные были госпитализированы с диагнозом инфаркт миокарда.

Дефибрилляция производилась под электронаркозом (использовался аппарат ЭЛНАР-01) в режиме синхронизации с дефибриллятором.

4. Результаты проведенных испытаний показали, что импульс дефибриллятора эффективен при использовании доз 3,4 и 5. У всех больных был восстановлен синусовый ритм. Выраженных признаков повреждения сердца импульсным током не отмечено.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Дефибриллятор ДИ-С-04 удовлетворяет современным требованиям медицинской практики, при этом <sup>обеспечивается</sup> легкость управления и удобство обращения, аппарат удобен для транспортирования и внутрибольничного перемещения.

Дефибриллятор ДИ-С-04 может быть рекомендован к серийному производству.

Заведующая инфарктным  
отделением

Л.Г.Дунчич

Зав. инфаркт. від.  
Дунчич Л. Г.