

СОГЛАСОВАНО

39 ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ П/Я Г-4515
А.Т. ЯКОВЛЕВ
"15" 02 1988г.

УТВЕРЖДАЮ

-82-
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ П/Я А-1501
Э.Е. ИВАНОВ
"16" 11 1988г.

Р Е Ш Е Н И Е

организации п/я А-1501 по акту приемки
опытно-конструкторской работы "Разработка
портативного дефибриллятора с универсальным
питанием"

Шифр "ДАЛЬ-2"

Предприятием п/я А-7538 в соответствии с планом важнейших работ организации п/я А-1501 (приказ № 384 от 31.12.86г.) выполнена опытно-конструкторская работа "Разработка портативного дефибриллятора с универсальным питанием " "Даль-2".

Комиссия произвела приемку темы и установила, что работа выполнена в соответствии с медико-техническими требованиями-техническим заданием.

Комиссия отметила:

- предприятием п/я А-7538 разработан дефибриллятор ДКИ-Н-04, предназначенный для применения в медицине, в частности - неотложной помощи в неспециализированных условиях (скорая помощь и т.п.);
- дефибриллятор ДКИ-Н-04 по своим характеристикам превосходит отечественные аналоги, по основным параметрам находится на уровне лучших зарубежных образцов, а по некоторым характеристикам (двупольный дефибриллирующий импульс, универсальный источник питания со встроенным зарядным устройством, автоматическая регулировка усиления в тракте ЭКГ) превышает их;

- предприятием п/я М-599I изготовлены опытные образцы дефибриллятора.

Организация п/я А-150I, рассмотрев материалы комиссии, РЕШИЛА:

1. Акт комиссии по приемке опытно-конструкторской работы по теме "Разработка портативного дефибриллятора с универсальным питанием" "Даль-2" УТВЕРДИТЬ.

2. Работу по теме "Даль-2" считать выполненной в установленный планом срок.


3. Руководителю предприятия п/я А-7538 тов. Якубовскому С.В.:

а) передать в срок до 20.04.88г. опытные образцы дефибриллятора в количестве 2 шт. для проведения биологических испытаний на подопытных животных в ВКНЦ АМН СССР;

б) в срок до мая 1988г. открыть ОКР "Даль-2К" по сопровождению медицинских испытаний и доработке опытных образцов портативного дефибриллятора с универсальным питанием.

4. Руководителю предприятия п/я М-599I тов. Головину А.И. в рамках ОКР "Даль-2К" доработать опытную партию дефибрилляторов по откорректированной КД.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
ОРГАНИЗАЦИИ П/Я Г-4515

 В.М.ГУСАКОВ

Руководитель предприятия
п/я А-7538

 С.В.ЯКУБОВСКИЙ