

УТВЕРЖДАЮ



ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГНТУ

А.Ф.ЛАНЦОВ

1990г.

Р Е Ш Е Н И Е

ГНТУ ПО АКТУ ПРИЕМКИ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАБОТЫ "СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИСПЫТАНИЙ И ДОРАБОТКА ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ ПОРТАТИВНОГО ДЕФИБРИЛЛЯТОРА С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ"

"ДАЛЬ-2К"

ЦКБ "Дейтон" в соответствии с планом работ ГНТУ выполнена опытно-конструкторская работа "Сопровождение медицинских испытаний и доработка опытных образцов портативного дефибриллятора с универсальным питанием" "Даль-2К".

Комиссия, действовавшая на основании приказа по ГНТУ № 41 от 11.05.90г., произвела приемку темы и установила, что работа выполнена в соответствии с техническим заданием.

Комиссия отметила, что образцы дефибриллятора прошли с положительным результатом все виды испытаний, определенные ГОСТ 15.013-86. Документация на дефибриллятор откорректирована по результатам приемочных испытаний с присвоением литеры "0_I" и передана П.О. "Ижевский мотозавод" для подготовки серийного производства. По своим характеристикам дефибриллятор превосходит отечественные образцы и находится на уровне лучших зарубежных образцов.

ГНТУ, рассмотрев материалы комиссии, РЕШИЛО:

1. Акт комиссии по приемке опытно-конструкторской работы по теме "Сопровождение медицинских испытаний и доработка опытных образцов портативного дефибриллятора с универсальным питанием" "Даль-2К" утвердить.

2. Работу по теме "Даль-2К" считать выполненной в установленный планом срок.

3. Директору ЦКБ "Дейтон" т.Якубовскому С.В.:

а) в срок до 30.06.90г. откорректировать КД по результатам медицинских испытаний (увеличить длину кабеля электродов до места общего соединения);

б) в срок до 30.06.90г. совместно с П.О. "Ижевский мотозавод" рассмотреть возможность нанесения на экран монитора шкалы ЧСС и при наличии технологической возможности ~~и~~откорректировать КД в срок до 20.07.90г.;

в) в срок до 30.08.90г. направить в ГНТУ проект программы работ по созданию новых моделей дефибрилляторов на 1991-1995г.г.;

г) в срок до 31.12.90г. передать с баланса на баланс или продать заинтересованным медицинским организациям опытные образцы дефибрилляторов для обучения персонала реанимационным мероприятиям;

д) в срок до 30.07.90г. направить в Минздрав СССР необходимые документы по ГОСТ 15.013-86 для получения разрешения на производство.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГНТУ



Д.А.РАНИШЕВСКИЙ

"28" 05 1990г.

Василь
25.05.90