




Министерство здравоохранения СССР  
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Москва, Рахмановский пер., 3

Тел.

301/4-224

29/xii-67г.



СПРАВКА

28 декабря с.г. на заседании комиссии по физиологическим приборам и аппаратам рассматривался вопрос об утверждении в серийное производство импульсного дефибриллятора ИД-66.

Комиссия приняла следующее решение:

1. Рекомендовать для серийного производства импульсный дефибриллятор ИД-66 в нормальном и экспортно-тропическом исполнении, разработанный Львовским ГСКТБ ЭМА.
2. Утвердить представленную ведомость изменений к МТТ /приложение № 1 к акту технической приемки/.
3. Комиссия считает необходимым в 1968 г. провести модернизацию дефибриллятора ИД-66, применив конденсатор, разработанный Серпуховским филиалом ВЭИ им. В.И.Ленина.
4. Комиссия считает необходимым провести длительные клинические испытания дефибриллятора ИД-66, с целью выяснения его эксплуатационных свойств, для чего три образца дефибриллятора должны быть оставлены в клиниках, проводивших испытания.

г. Оморог  
Сидоров  
Иванов  
*[Signature]*  
2168  
29.xii.67г. Москва

*[Signature]*

Зам. Начальника Управления

/ /