

Комиссия 19.04.78г

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВНЕДРЕНИЮ НОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о разработке нового медицинского прибора, аппарата (устройства,
отдельного элемента аппаратуры), инструмента

Предложение выдвинуто Научно-производственным объединением РЭМА
(наименование учреждения)

Дата март 1978 г.

1. Название прибора (аппаратуры) КАРДИОДЕФИБРИЛЛЯТОР ДИ-С-04

2. Назначение Кардиодефибриллятор для стационаров широкого профиля

3. Ориентировочные медицинские параметры или медицинские требования Обеспечивает дефибриллирующее воздействие на сердце непосредственно или транстора- кально импульсом биполярной формы

4. Ориентировочные технические параметры Параметры дефибриллирующего импульса - по ОСТ 64-1-116-74. Градуировка дозатора - в единицах отдаваемой в наг-рузку энергии. Вес - не более 14 кг. Питание - универсальное, от сети переменного тока или от источников постоянного тока 12 и 27 В.

5. Предполагаемое применение (научные институты, клиники, больницы, поликлиники, лабора- тории, неотложная и скорая помощь и т. п.) Стационары широкого профиля - инфаркт- ные и кардиологические отделения, клиники хирургические операционные, при- емные покои, кабинеты функциональной диагностики и т.п.

6. Предполагаемая потребность или годовой выпуск 1500 - 2000 шт. в год

7. Ожидаемый эффект от применения Повышение удобства и оперативности оказания неотложной помощи больным в тяжелом состоянии

8. Возможные иностранные прототипы (тип прибора, фирма, страна) Дефибриллятор Тип 2610 фирмы Кардиак Рекордерс, модель 1977г.

9. Известны ли работы, выполненные в данном направлении в Советском Союзе в каких учреждениях, основные полученные результаты (имеются ли экспериментальные приборы данного назначения), где опубликована работа ОКР и НИР, проводившиеся ВНИКИРЭМА совместно с НИ ЛОР АМН СССР, И-том хирургии им. А.В. Вишневского при раз-работках дефибрилляторов ИД-66, ДИ-03, ДКИ-01, ДКИ-Н-01

10. Какому учреждению может быть поручена разработка Всесоюзному научно-исследовательскому и конструкторскому институту радиозлектронной медицинской аппаратуры (ВНИКИРЭМА)

11. Какому учреждению предполагается поручить составление медико-технического задания и курирование разработки ВНИКИРЭМА, НИ ЛОР АМН СССР, И-ту экспериментальной и клинической хирургии АМН СССР, Каунасскому мединституту.

12. Кто должен принять участие в обсуждении данного предложения (должность, место работы, фамилия, имя, отчество, адрес и телефон) К.МН.Табак В.Я., НИ ЛОР АМН СССР, тел.2210450, б К.М.Н. Веткина А.Н. НИИ клин.и эксп:хир. тел.2459752 д.м.н., проф.Лукошевичуте А.И. Каунасский мединститут, г.Каунас, тел.32166 Венин И.В. ВНИКИРЭМА, г.Львов, тел.523148.



Заместитель генерального директора
по научной работе

А.Г.Тищенко
А.Г.Тищенко

" 1 " марта 1978 г.