

"Утверждаю"

Ученый секретарь Лаборатории
канд. мед. наук

/В.М.Шапиро /


25 / IV - 1970
О Т З Ы В

на модернизированный держатель электродов дефибрилляторов
ИД-66, ДИ-03, ДКИ - 01.

Модernизированный держатель электродов к аппаратам типа ИД-66, ДИ-03, ДКИ-01 с июля 1970 года испытывался в комплекте с аппаратом ДКИ-01 на выездном реанимационном центре б-цы им. С.П.Боткина. Проведенные испытания позволяют сделать следующие выводы:

1. В новой конструкции высоковольтный разъем перемещен в торец держателя. Подобное размещение более удобно при проведении электроимпульсной терапии.
2. Изменена конструкция контактов высоковольтного разъема, что обеспечило более надежное подключение высоковольтного кабеля с электродами к аппарату.
3. Резьбовое крепление электродов взамен цангового в новом держателе дает возможность надежно подготовить электроды к работе.

Результаты проведенного клинического испытания /более 100 сеансов электроимпульсной терапии / позволяют рекомендовать модернизированный держатель электродов дефибриллятора к внедрению в серийное производство взамен выпускаемого Львовским заводом РЭМА комплекта электродов дефибриллятора ИД-66.

Мл. научн. сотр.,
канд. мед. наук


/В.Я.Табак /